

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1220226

Výrobek: Monitor dechu miminka

Typ: BM-02

Jmenovité hodnoty: 2 x baterie AA-LR6 (2 x 1,5 V DC)

Objednatel: JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

Výrobce: JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

Výrobní místo: JabloPCB s.r.o.
U Přehrady 5129/67, 466 04 Jablonec nad Nisou, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 220505-01/01 ze dne: 26.04.2022, 220505-01/02 ze dne: 04.04.2022

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60601-1 ed. 2:2007+A1:2014+A2:2022, ČSN EN 60601-1-2 ed. 3:2016+A1:2021,
ČSN EN 60601-1-6 ed. 3:2010+A1:2015+A2:2021, ČSN EN 60601-1-11 ed. 2:2016+A1:2021

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 220505 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 08.05.2025

09.05.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



220505-01