

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1160151

Výrobek: Monitor dechu miminka

Typ: BM-02

Jmenovité hodnoty: 2x 1,5 V AA LR6

Objednatel: JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

Výrobce: JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 600113-01/01 ze dne: 22.02.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60601-1:2007+A1:2014
ČSN EN 60601-1-6:2010+A1:2015
ČSN EN 62366:2008+A1:2015
ČSN EN 60601-1-11:2011
ČSN EN 60601-1-2:2008

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 600113 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.02.2019

04.03.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



600113-01