

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHEQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1200160

**Výrobek:** Monitor dechu miminka

**Typ:** BM-03

**Jmenovité hodnoty:** 2 x 1,5 V AA LR6

**Objednatel:** JABLOTRON ALARMS a.s.  
Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

**Výrobce:** JABLOTRON ALARMS a.s.  
Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

**Výrobní místo:** JabloPCB s.r.o.  
U Přehrady 5129/67, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 911298-01/01 ze dne: 16.04.2020, 911298-01/02 ze dne: 04.09.2019

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60601-1ed.2:2007+A1:2014, ČSN EN 60601-1-2 ed.3:2016, ČSN EN 60601-1-6ed.3:2010+A1:2015,  
ČSN EN 60601-1-8ed.2:2008+A1:2013+A11:2017, ČSN EN 60601-1-11ed.2:2016

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 911298 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 27.04.2023

28.04.2020 oprava 04.06.2020

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu

